

第21回HLA-QCワークショップ：抗体QCの評価結果
日本組織適合性学会 認定制度委員会 QCWS部会
 (評価の対象: 抗体検出, 抗体特異性の結果)

1、抗体検出評価(評価点:100点)

①使用検査法

No.	Lab.ID	LCT	ICFA	MPHA	Flow PRA	LAB Screen	WAK Flow	ダイレクトクロス	仮想クロス
H2920	29S03				○	○	○		

②抗体検出評価

No.	Lab.ID	抗体検出評価			
		採点 (a)	評価対象抗原数 (b)	評価点 (a/b)*100	評価
H2920	29S03	8	8	100.0	A

○抗体検出評価のコメント

コメント	FlowPRAで用いた試薬のLot番号の記載がありません。方法別解析ではLot毎の反応性もチェック確認しているため、次年度からは記載して頂くようお願い致します。
------	--

2、抗体特異性評価(評価点:100点)

No.	Lab.ID	抗体特異性採点 (検体番号の下段が各検体の評価基準点(a)、その下段が報告結果から算出した点数(b))								評価点	評価
		Class I				Class II					
		SH2901	SH2902	SH2903	SH2904	SH2901	SH2902	SH2903	SH2904		
		41	42	43	40	22	23	21	22		
H2920	29S03	39.0	42.0	43.0	39.0	22.0	23.0	21.0	22.0	99.1	A

※評価点の算出: 各検体の評価基準点に対する点数の比率(b/a)を平均した数値

○抗体特異性評価のコメント

コメント	
------	--

3、提出状況及び記入方法の不備など(コメントのみ)

No.	Lab.ID	コメント
H2920	29S03	2017/5/26

○評価のランク

評価点	評価	評価内容
80-100	A	良好
40-80>	B	要確認
0-40>	C	要改善